

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 26th, 2017

Product code / código de Producto: CD37

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD37110917

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-09

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 min, 160 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD37110917** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD37110917** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO