

August 17<sup>th</sup>, 2022**Product code / código de Producto:** CD37**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes, 1000 self-adhesive labels per roll. Type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco, rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas. Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20462**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-08**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-08**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 40 min, 160 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B20462** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20462** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO