



08-2013



TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for VH2O2 sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por VH2O2. Clase1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD40082013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 27 °C, 2,3 mg/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD40082013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-2009 regulation/ El lote de producto **CD40082013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Terragene S.R.L.

Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616

www.terragene.com.ar