



June 21st, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma or vapor sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de H₂O₂. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD40040416

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.04.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.04.21

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD40040416** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD40040416** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO