



TERRAGENE

Innovation *in technologies*
for sterilization and
disinfection control



03/06/2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma and vapor sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma y vapor de H₂O₂. Clase1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD40052014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l // 10 min., 27 °C, 2,3 mg/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD40052014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-2009 regulation / El lote de producto **CD40052014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lis. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO