



August 20th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma and vapor sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma y vapor de H₂O₂. Clase1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD40082014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂. // 10 min., 27 °C, 2,3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD40082014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD40082014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO