



August 13th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma or vapor sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de H₂O₂. Clase1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD40170715

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂ // 10 min., 27 °C, 2,3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD40170715** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD40170715** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO