

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 25th, 2017**Product code / código de Producto:** CD40**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** CD40130317**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-03**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD40130317** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD40130317** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO