

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 29th, 2019Product code / Código de producto: CD40

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes, type 4 (ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno, tipo 4 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD40240519Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-05Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-05Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD40240519** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **CD40240519** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO