

March 12th, 2021**Product code / Código de producto:** CD40**Product description / Descripción de producto:** Multivariable Process Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes, type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador de Proceso multivariable para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno, tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10039**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-02**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-02**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10039** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10039** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO