



28-01-2014

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD42

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator strip for VH₂O₂ sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por VH₂O₂. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD42012014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Yellow / Vira al Amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂ // 10 min., 27 °C, 2,3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD42012014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD42012014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO