



January 6th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD42

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma or vapor sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma o vapor de H₂O₂. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD42130815

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂ // 10 min., 27 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD42130815** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD42130815** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO