

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 2nd, 2019Product code / Código de producto: CD42

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD42300119Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-01Transition color / Color de transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo.Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD42300119** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD42300119** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO