

September 24<sup>th</sup>, 2021**Product code / Código de producto:** CD43**Product description / Descripción de producto:** Chemical indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10458**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-07**Transition color / Color de transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B10458** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10458** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO