



August 28th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD47

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for H₂O₂ plasma and vapor sterilization processes. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por plasma y vapor de H₂O₂. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD47260814

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Pink / Vira a Rosa

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 minutes, 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂ // 10 minutes, 27 °C, 2,3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD47260814** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD47260814** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO