

July 06th, 2021**Product code / código de Producto:** CD47**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B10264**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-06**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-06**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10264** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **B10264** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO