

February 23<sup>rd</sup>, 2024Product code / código de Producto: CD48

Product description / Descripción de producto: Documentation System Labels. Chemical Indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per Roll). Type1 (ISO 11140-1:2014) / Etiquetas para Sistema de documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: B40056Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-02Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-02Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specifications / Especificaciones de proceso: 6 minutes, 50 °C, 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.  
// 6 minutos, 50 °C, 2.3 mg/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40056 meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto B40056 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO