



07-07-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD50

Product description / Descripción de producto: Multiparameter indicator for formaldehyde sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por formaldehído. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD50 06.2011

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2011

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 30 min., 60°C, 10 mg/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD50 06.2011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD50 06.2011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO