



June 28th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD50

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes .Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multi-variable para procesos de esterilización por Formaldehído. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD50062014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 30 min., 70 °C, 1 mol/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD50062014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD50062014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO