

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 20th, 2018Product code / Código de producto: CD50

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Formaldehído. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD50070918Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-09Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-09Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 30 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD50070918** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD50070918** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO