

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 22nd, 2020Product code / Código de producto: CD50

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Formaldehído. Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD50030620Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-06Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.Endpoint condition / Condición del punto final: 30 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD50030620** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD50030620** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO