

March 30th, 2022**Product code / Código de producto:** CD50**Product description / Descripción de producto:** Multi-variable Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Formaldehído. Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20114**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-03**Transition color / Color de transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 30 min., 60 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20114** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO