



June 28th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD53

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (Roll per 750 double self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehído. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD53110614

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1.0 mol/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD53110614** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD53110614** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO