



TERRAGENE

# Innovation in technologies for sterilization and disinfection control



July 28<sup>th</sup>, 2014

## Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

**Product code / Código de Producto:** CD53

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (Roll per 750 double self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehido. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batch number / Número de Lote:** CD53240714

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 07.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 07.2019

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min., 70 °C, 1.0 mol/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **CD53240714** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD53240714** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO