

November 29<sup>th</sup>, 2023

Product code / Código de producto: CD53

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehído. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B30604

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2023-11

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2028-11

Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B30604 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B30604 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Revetto  
DIRECTOR TÉCNICO