



02-03-2011

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD57

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for FORM sterilization processes. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por FORM. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD57 250211

Manufacture date / Fecha de fabricación: 02.2011

Expiration date / Fecha de vencimiento: 02.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to green/ Vira a verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 20 min. 70 °C, 1,0 mol/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD57 250211** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD57 250211** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TÉCNICO