



September 30th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD57

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (Roll per 1000 self-adhesive labels). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehído. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD57220916

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-09

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD57220916** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD57220916** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO