



TERRAGENE

Innovation *in technologies* for sterilization and disinfection control



July 28th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD57

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehido. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD57250714

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1,0 mol/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD57250714** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD57250714** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO