



TERRAGENE

Innovation *in technologies*  
for sterilization and  
disinfection control



April 18<sup>th</sup>, 2014

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** CD57

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (Roll per 1000 self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehido. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de lote:** CD57300415

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 04.2015

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 04.2020

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD57300415** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD57300415** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO