

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 21st, 2018Product code / Código de producto: CD57

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehído. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD57250718Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-07Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD57250718** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD57250718** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO