

February 22nd, 2024

Product code / Código de producto: CD57

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes, (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehído, (rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40055

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-02

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-02

Transition color / Color de transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Endpoint condition / Condición del punto final: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40055 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto B40055 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO



Product Quality Certificate Certificado de Calidad de Producto

Rev. 05 | 06.2021