

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 28th, 2017Product code / Código de producto: CD73

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Gamma Radiation sterilization processes. (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Radiación Gamma. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD73260514Manufacture date / Fecha de fabricación: 2014-05Expiration date / Fecha de vencimiento: 2019-05Transition color / Color de Transición: Turns to Red / Vira a Rojo.Process specifications / Especificaciones de proceso: ≥10 kGy.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD73260514** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD73260514** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO