



8-04-2014

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD77

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for GAMMA RADIATION sterilization process. (1000 labels per roll).Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por RADIACIÓN GAMMA. (1000 etiquetas autoadhesiva por rollo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD77110314

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to red / Vira al rojo

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 KGy

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a los estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD77110314** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD77110314** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO