



September 26th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD77

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Gamma Radiation sterilization processes. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Radiación Gamma. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD77260914

Manufacture date / Fecha de fabricación: 09.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 09.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Red / Vira a Rojo

Process specification / Especificaciones de proceso: ≥ 10 kGy.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD77260914** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD77260914** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO