

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 14th, 2016

Product code / código de Producto: CD77

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Gamma Radiation sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Radiación Gamma. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD77211116Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-11Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-11Transition color / Color de Transición: Turns to Red / Vira a Rojo.Process specification / Especificaciones de proceso: ≥10 kGy.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD77211116** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD77211116** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO