

June 12th, 2024**Product code / Código de producto:** CD77**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Gamma Radiation sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Radiación Gamma. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B40283**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-05-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-04-30**Transition color / Color de Transición:** Turns to Red / Vira a Rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:** ≥10 kGy.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B40283** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **B40283** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO