

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 25<sup>th</sup>, 2020Product code / Código de producto: CD87-100

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) radiation, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm), rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.

Batch number / Número de lote: CD87100040920Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-09Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-09Transition color / Color de Transición: Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.Process specification / Especificaciones de proceso:  $\geq 25 \text{ mJ/cm}^2$ .

The product batch **CD87100040920** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CD87100040920** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

  
TERRAGENE S.A.Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO