

May 13<sup>th</sup>, 2021**Product code / Código de producto:** CD87-200**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) radiation, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm), rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.**Batch number / Número de lote:** B10183**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-05**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:**  $\geq 50 \text{ mJ/cm}^2$ .

The product batch **B10183** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B10183** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

  
TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO