

February 15<sup>th</sup>, 2023**Product code / Código de producto:** CD87-200G**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) radiation, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm), rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.**Batch number / Número de lote:** B30016**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-01**Transition color / Color de Transición:** Turns to purple. / Vira a púrpura.**Process specification / Especificaciones de proceso:**  $\geq 50$  mJ/cm<sup>2</sup>.

The product batch **B30016** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B30016** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO