

July 24th, 2024**Product code / Código de producto:** CD87-200G**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) radiation, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm), rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.**Batch number / Número de lote:** B40324**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-07-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-06-30**Transition color / Color de Transición:** Turns to purple. / Vira a púrpura.**Process specification / Especificaciones de proceso:** ≥ 50 mJ/cm².

The product batch **B40324** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B40324** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO