

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 21st, 2020

Product code / Código de producto: CDS47A

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide aerosol. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por aerosol de Peróxido de Hidrógeno.

Batch number / Número de lote: CDS47A010420

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-04

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-04

Transition color / Color de transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

Concentration / Concentración: $\geq$ 6% H₂O₂ solution

Injected quantity: 5 ml solution of H₂O₂ / m³ room.

Exposure time / Tiempo de exposición: $\geq$ 2 hs

Temperature / Tempertura: 10 – 30 °C

Relative humidity / Humedad relativa: 30 – 80 %

Conclusion: The product batch **CDS47A010420** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CDS47A010420** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO