

December 1st, 2021**Product code / Código de producto:** CDS47A**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide aerosol. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por aerosol de Peróxido de Hidrógeno.**Batch number / Número de lote:** B10599**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-11**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-11**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**Concentration / Concentración: $\geq$ 6% H_2O_2 solutionInjected quantity: 5 ml solution of H_2O_2 / m³ room.Exposure time / Tiempo de exposición: $\geq$ 2 hsTemperature / Temperatura: 10 – 30 °CRelative humidity / Humedad relativa: 30 – 80 %

Conclusion: The product batch **B10599** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B10599** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO