

August 04th, 2023**Product code / Código de producto:** CDS47A**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide aerosol. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por aerosol de Peróxido de Hidrógeno.**Batch number / Número de lote:** B30340**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-07**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**Concentration / Concentración: $\geq$ 6% H₂O₂ solutionInjected quantity: 5 ml solution of H₂O₂ / m³ room.Exposure time / Tiempo de exposición: $\geq$ 2 hsTemperature / Tempertura: 10 - 30 °CRelative humidity / Humedad relativa: 30 - 80 %

Conclusion: The product batch **B30340** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B30340** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO