

April 26th, 2024

Product code / Código de producto: CDS47A

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide aerosol. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por aerosol de Peróxido de Hidrógeno.

Batch number / Número de lote: B40113

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-04

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-04

Transition color / Color de transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

Concentration / Concentración: \geq 6% H₂O₂ solution

Injected quantity: 5 ml solution of H₂O₂ / m³ room.

Exposure time / Tiempo de exposición: \geq 2 hs

Temperature / Temperatura: 10 - 30 °C

Relative humidity / Humedad relativa: 30 - 80 %

Conclusion: The product batch B40113 was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto B40113 fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovelto
DIRECTOR TÉCNICO