

August 02<sup>nd</sup>, 2022**Product code / Código de producto:** CDS47V**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide vapor. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por vapor de Peróxido de Hidrógeno.**Batch number / Número de lote:** B20303**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-06**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-06**Transition color / Color de transición:** Turns to Yellow / Vira a Amarillo.**Process specification / Especificaciones de proceso:**Exposure time / Tiempo de exposición  $\geq$  20 minConcentration / Concentración:  $\geq$  400 ppm H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> vapor.Temperature / Temperatura: 10 - 30 °CRelative humidity / Humedad relativa: 30 - 80 %**Conclusion:** The product batch **B20303** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B20303** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO