

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 20th, 2020Product code / Código de producto: CDSUV-1

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) and pulsed UV (PX-UV) radiation. / Indicador químico 3D para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm) y radiación UV pulsada (PX-UV).

Batch number / Número de lote: CDSUV1010720Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-07Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-07Transition color / Color de Transición: Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.Process specification / Especificaciones de proceso: $\geq 50 \text{ mJ/cm}^2$.

The product batch **CDSUV1010720** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CDSUV1010720** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO