

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 10th, 2020**Product code / Código de producto:** CDSUV-1**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) and pulsed UV (PX-UV) radiation. / Indicador químico 3D para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm) y radiación UV pulsada (PX-UV).**Batch number / Número de lote:** CDSUV1040520**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2020-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2025-05**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:** $\geq 50 \text{ mJ/cm}^2$.

The product batch **CDSUV1040520** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CDSUV1040520** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.


TERRAGENE S.A.Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO