

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 11<sup>th</sup>, 2020

Product code / Código de producto: CDSUV-1

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) and pulsed UV (PX-UV) radiation. / Indicador químico 3D para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm) y radiación UV pulsada (PX-UV).

Batch number / Número de lote: CDSUV1280520

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-05

Transition color / Color de Transición: Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.

Process specification / Especificaciones de proceso:  $\geq 50 \text{ mJ/cm}^2$ .

The product batch **CDSUV1280520** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CDSUV1280520** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO