

March 15th, 2021**Product code / Código de producto:** CDSUV-1**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) and pulsed UV (PX-UV) radiation.
/ Indicador químico 3D para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm) y radiación UV pulsada (PX-UV).**Batch number / Número de lote:** B10074**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-03**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:** ≥ 50 mJ/cm².

The product batch **B10074** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B10074** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO