

September 20th, 2024**Product code / Código de producto:** CDSUV-1**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring disinfection processes by continuous UV-C (254 nm) and pulsed UV (PX-UV) radiation.
/ Indicador químico 3D para control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm) y radiación UV pulsada (PX-UV).**Batch number / Número de lote:** B40418**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-09-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-08-31**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:** ≥ 50 mJ/cm²

The product batch **B40418** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B40418** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO